

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº, 3ºC
36470 Salceda de Caselas

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

**HOSPITAL POVISA, S.A.
C/SALAMANCA,5
36211 VIGO****Ficha intervenci´n : FI1002-0029****Descripción**

Equipo doble quirófano Q12120TW-N nº serie: SPC097005 display tocado
Equipo doble quirófano Q12120TW-N nº serie: SPC097006 ventilador placa
desconectado

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: