

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

HOSPITAL POVISA, S.A.
C/SALAMANCA,5
36211 VIGO**Ficha intervenci´n : FI1102-0219****Descripción**

Reparación equipo doble de quirófano ref. Q12120TW nº de serie:
SPC097003
Se cambió la placa madre, ventilador y monitor(propiedad del cliente)

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: