

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº2, 3º C
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

GRUPO ANTOLIN VIGO ,S.A.
PARQUE TECNOLÓGICO Y
LOGÍSTICO
PARCELA 11 Y 12.01
VALLADARES
36312 VIGO

Ficha intervención : FI1511-1144

Descripción

Reparación Protón P185P19 nº serie: 0370130012001
Avería en fuente de alimentación interna.
Sustitución conector de alimentación

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: