

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº2, 3ºC  
36470 Salceda de Caselas ( Pontevedra )

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275  
Email: i3te@i3te.com  
Web: www.i3te.com

**HOSPITAL POVISA, S.A.  
C/SALAMANCA,5  
36211 VIGO****Ficha intervención : FI1106-0274****Descripción**

Reparación equipo doble quirófano nº SPC097001:

Se ha vuelto a pegar la chapa metálica de la tapa, se han realizado agujeros para ventilación en la chapa de conexiones del equipo principal

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: